

2018年4月

ブレスト・インプラント(ゲル充填人工乳房)による乳房手術を受けた(受ける)方へ

海外ではすでに報道されていますが、最近、アメリカ食品医薬品局(FDA、日本の厚生労働省に相当)が乳房再建術や豊胸術後に生じるブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫(Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL))という疾患についての情報を公開しました。

この疾患はT細胞性のリンパ腫と呼ばれるもので、乳がんとは異なります。極めてまれな疾患ですが、治療が可能です。通常は、インプラント周囲に液体が貯留し腫れてくることではじまる病気です。表面の性状がザラザラ(textured surface)のインプラントを使用した例で多く報告されています。

日本ではまだ報告はありませんが、海外では数千個に1例とする報告から3万個に1例とする報告まで様々です。

FDAはインプラントの抜去を推奨しているわけではありません。

FDAは、無症状またはほかに異常のない場合、インプラントの予防的抜去は推奨していません。しこりや腫れがないかを自分でチェックするように推奨しています。異常を感じた場合は、すぐに受診してください。我々はそれに加えて定期的な診察をするのがよいと考えております。定期的な診察により、必要な検査を追加したり治療を行うことができます。

万が一、BIA-ALCLを発症してしまった場合でも、ほとんどの場合はインプラントとその周囲の組織を切除することで治癒するとされています。

一部には追加の治療が必要になる方もいらっしゃいますが、発見が遅い場合にそのようなことになる可能性が高くなります。

日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会

(事務局e-mail:jopbs-office01@shunkosha.com)

日本形成外科学会

日本乳癌学会